

**Протокол вскрытия конвертов и определения наименьшей цены ценовых предложений
потенциальных поставщиков по закупке медицинских изделий
(Протокол итогов предварительный).
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» УОЗ г.Алматы**

№3

г.Алматы

14 часов 00 минут 02 марта 2021г.

Присутствовали:

И.о.председателя тендерной комиссии, заведующая ООП №2 – Елемесова А.С.;

Члены тендерной комиссии:

Главная медсестра Мукашева Л.Р.;

Заведующая ОСП Ауелбекова А.А.

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов и определение наименьшей цены ценовых предложений потенциальных поставщиков по закупке медицинских изделий.

2. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить наименьшие цены ценовых предложений потенциальных поставщиков в нижеследующем порядке:

№	Торговое наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Краткое описание	Дата и время представления ценового предложения	Сумма
ИП «Капышев»							
1	M-30 Diluent (20l/tank) Изотонический разбавитель 20л/кан	канистра	25	38 800	Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять	02.03.2021 г. В 11 час 20 мин	970 000

					использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-30S. Объем упаковки не менее 20 литров.		
2	M-30R Rinse (20 L/tank)	штук	15	42 350	Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-30S. Объем упаковки не менее 20 литров.	02.03.2021 г. В 11 час 20 мин	635 250
3	Термобумага (24 знака в строке), 57 мм	штук	50	540	Диаграммная термолента для самописцев 57ммх20м.	02.03.2021 г. В 11 час 20 мин	27 000
4	Бумага диаграмная 50*20*12 нар	штук	50	540	Диаграммная термолента для самописцев 50ммх20м.	02.03.2021 г. В 11 час 20 мин	27 000
5	Тест полоски LabStrip U11	штук	100	43 800	Многопараметровые тест-	02.03.2021 г. В 11	4 380 000

	Plus				полоски — имеют отдельные поверхности для каждого тестируемого параметра. Каждая поверхность содержит необходимый реагент, который дает цветовые изменения при реакции с тестируемым параметром. Основной расходный материал для анализаторов мочи	час 20 мин	
6	Контрольная растворы (кровь)	штук	5	94 700	"Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,0 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой	02.03.202 1 г. В 11 час 20 мин	473 500

					<p>распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-30S для автоматического ввода референтных параметров в память прибора"</p>		
7	Ликвичек контроль "Имунохимия плюс"	канистра	1	370000	<p>Трёхуровневый контроль для мониторинга до 88 рутинных иммунологических показателей. Используется для оценки результатов иммунологического анализа и терапевтического лекарственного мониторинга. Сделанный из человеческой сыворотки без добавления консервантов, применяется для лабораторного контроля большинства используемых методик.</p>	02.03.2021 г. В 11 час 20 мин	370 000

8	M-30 CFL Lyse (500 ml/ bottle) Лизирующий р-р	штук	22	39400	Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы BC-30S. Объем флакона не менее 500мл.	02.03.202 1 г. В 11 час 20 мин	866 800
9	M-30P Probe cleanser Чистящий раствор 17мл	штук	25	3500	Универсальный чистящий реагент M30 P, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного	02.03.202 1 г. В 11 час 20 мин	87 500

					зонда при проведении про- цедуры очистки анализатора.		
Итого:							7 837 050,00

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики не присутствовали.

И.о.председателя тендерной комиссии, заведующая ООП №2  Елемесова А.С.;

Члены тендерной комиссии:

Главная медсестра  Мукашева Л.Р.;

Заведующая ОСП  Ауелбекова А.А.